

BRILLIANT Lumina

Instrucciones de uso

ES

Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Conserve para su posterior consulta.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BRILLIANT Lumina es un producto de dos componentes (gel y activador) para el blanqueamiento profesional de los dientes. El producto está indicado para el uso en un único tratamiento.

2. USO PREVISTO/VENTAJAS CLÍNICAS

BRILLIANT Lumina está diseñado para el blanqueamiento externo de la sustancia dental con el fin de mejorar la estética de la sonrisa del paciente.

NOTA

El resultado del blanqueamiento dependerá de la situación clínica del paciente. Es posible que las restauraciones deban sustituirse después del tratamiento.

3. COMPOSICIÓN

Gel: agua, ácido ftalimidoperoxicaiproico, glicerina, goma xantana, citrato monosódico, copolímero PVM/MA, hidróxido de sodio, C12-15 Pareth-3

Activador: agua, hidróxido de sodio

4. CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de alergias conocidas a los ingredientes del producto.

El producto no está indicado para la aplicación en pacientes que no pertenecen al grupo de pacientes previsto.

5. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Durante la preparación del gel deben utilizarse gafas y guantes de protección.

PELIGRO

Gel: evitar el contacto con los ojos. Aclarar los ojos inmediatamente si el producto entra en contacto con ellos.

Activador: no permitir que entre en contacto directo con las personas (piel, ojos, membranas mucosas). Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Si es posible, quitar las lentes de contacto cuando estén presentes. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Absorber el vertido para prevenir daños materiales.

6. EFECTOS SECUNDARIOS/INTERACCIONES

Si el dique dental para líquidos no está puesto correctamente, o si el gel mezclado entra en contacto con el tejido blando, puede producirse irritación de la encía o de la mucosa oral. Retirar inmediatamente el gel del tejido con una gasa húmeda y aclarar la zona a fondo.

7. GRUPO DE USUARIOS/PACIENTES

Aplicación solo por personal dental especializado. Indicado para todos los grupos de pacientes, incluidos ancianos, excepto los niños y las mujeres embarazadas y lactantes, los pacientes con una enfermedad bucal (p. ej., periodontitis) y los pa-

cientes gravemente enfermos.

8. PREPARACIÓN

Antes del blanqueamiento debe hacerse una limpieza dental profesional (eliminación completa de la biopelícula).

Introducir el retractor de mejillas. Introducir una torunda de algodón dental entre los labios y los dientes. Secar la superficie de los dientes y las encías con una jeringa de tres vías.

① Completar el aislamiento con un dique dental para líquidos según las instrucciones del fabricante.

9. USO ADECUADO

Un tratamiento comprende 4 ciclos de aplicación de 15 minutos cada uno:

② Añadir 3 gotas del activador a un tarro de gel.

③ Mezclar con una espátula durante 60 segundos para conseguir una masa homogénea.

④ Aplicar el gel en los dientes con una espátula.

⑤ Dejar actuar el gel durante 15 minutos.

⑥ Aspirar el gel de los dientes. Eliminar los restos del gel con una torunda de algodón dental. No aplicar agua.

Repetir los pasos ② a ⑥ tres veces.

⑦ Cuando el tratamiento se haya completado, enjuagar la boca con agua durante 60 segundos.

⑧ Quitar la barrera gingival según las instrucciones de uso del fabricante.

NOTA

Comprobar siempre que la barrera gingival se ha colocado correctamente.

Es posible tratar varias veces a un paciente con BRILLIANT Lumina. Debe respetarse un periodo de 14 días entre los tratamientos.

10. ALMACENAMIENTO

Fecha de caducidad: consulte el embalaje secundario

Temperatura de almacenamiento: 15-25 °C/59-77 °F

Almacenar en un lugar seco

11. ELIMINACIÓN

Puede eliminarse junto con los residuos domésticos cumpliendo la normativa oficial poniéndose en contacto con las empresas de eliminación de residuos autorizadas y con las autoridades competentes. Desechar únicamente los envases totalmente vacíos.

12. OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN

Todos los incidentes graves ocurridos en relación con este producto deberán notificarse de inmediato al fabricante.

COLTENE International Dental Group

Cobea AG
Weiheracherstrasse 8
CH-8114 Dänikon

Customer Center
service@coltene.com

 **COLTENE**