

GI-MASK Universal Separator

Instrucciones para el uso

ES

Definición

El separador universal GI-MASK es un desmoldante para las siliconas de reticulado por adición y condensación pensado para su uso en el laboratorio dental.

Tipo de material

Solución de resinas de fluorocarbono en isohexano.

Ámbito de aplicación

El separador universal GI-MASK está indicado para extraer la mascarilla gingival de la llave de silicona o de la impresión de silicona.

Importante

Emplee siempre guantes.

Contraindicaciones

Ninguna si se utiliza conforme a las instrucciones de uso.

Uso

1. Pulverice uniformemente el separador universal sobre la zona de la aplicación de la llave o de la impresión de silicona; asegúrese de que hay una buena ventilación en la estancia.
2. Deje secar al aire durante 5 min como mínimo
3. Utilice el material GI-MASK conforme a las instrucciones de uso
4. Tan pronto como el material GI-MASK haya fraguado, separe con cuidado la llave o la impresión de silicona.

Caducidad y almacenamiento

El separador universal GI-MASK garantiza el fin previsto como mínimo hasta la fecha de caducidad que aparece indicada en los envases. El producto deberá almacenarse cerrado a 15–23 °C / 59–73 °F y con una humedad relativa del aire del 50%.

Etiquetado

La fecha de caducidad y el código **LOT** están visibles en los envases.

Nota

Contiene Hexano–mezcla de isómeros, acetato de isopropilo



GHS02



GHS07



GHS09



GHS08

PELIGRO

- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H315 Provoca irritación cutánea.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H222+H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
EUH044 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en

un lugar bien ventilado.

- P261 Evitar respirar nieblas/vapores/aerosoles..
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes y ropa de protección.
P264 Lavarse todo cuerpo expuesto cuidadosamente después de la manipulación.
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/especialista de primeros auxilios.
P331 NO provocar el vómito.
P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/especialista de primeros auxilios si se encuentra mal.
P391 Recoger los vertidos.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P405 Guardar bajo llave.
P410+P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C / 122 °F.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P501 Eliminar el contenido/recipiente en un punto autorizado de recolección de residuos especiales o peligrosos conforme a las normativas locales.

SAFETY DATA SHEET
www.coltene.com

Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Expiry date

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

COLTENE