

# Jet Bite

## Instrucciones de uso

ES

Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Conserve para su posterior consulta.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Jet Bite es un material bicomponente a base de polivinilsiloxanos de polimerización por adición.

## USO PREVISTO

Jet Bite está previsto para el registro de la oclusión en los casos donde se necesita la relación entre las posiciones relativas del maxilar y la mandíbula.

## COMPOSICIÓN

Elastómero de silicona de polimerización por adición, tipo B: material para el registro de la oclusión

- Polivinilsiloxanos
- Color: Base: amarillo / Catalizador: blanco

## INDICACIONES

Situaciones clínicas que requieren una restauración indirecta, p. ej., para los diagnósticos siguientes:

- Trastornos en el desarrollo y la erupción de los dientes
- Enfermedades de los tejidos dentales duros o decoloraciones
- Enfermedades periodontales que provocan la pérdida de los dientes
- Anomalías dentofaciales

## CONTRAINDICACIONES

- No usar en caso de alergias conocidas a los ingredientes del producto.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Suministro exclusivo a dentistas y laboratorios dentales o bajo su autorización.
- Los materiales de impresión que han entrado en contacto con la mucosa bucal pueden estar contaminados. Siga las instrucciones para la desinfección.
- No utilice guantes de látex. Use siempre guantes de vinilo/nitrilo para tocar el material y las superficies de las que se toma la impresión (dientes, preparaciones, hilos de retracción, etc.).
- Las temperaturas altas aceleran el fraguado y las temperaturas bajas lo retardan.
- Además, los preparados que contienen eugenol o hemostáticos también pueden inhibir el fraguado.
- Contiene nanomateriales (partículas adheridas)

## EFFECTOS SECUNDARIOS/INTERACCIONES

No se conocen reacciones perjudiciales ni efectos secundarios en pacientes o para el personal de la clínica.


## GRUPO DE USUARIOS/PACIENTES

El uso del producto solo está permitido a profesionales dentales cualificados. Indicado para todos los grupos de pacientes, incluidos niños, ancianos, embarazadas y mujeres lactantes.

## PREPARACIÓN

1. Introduzca el cartucho en el dispensador.
2. Extraiga la tapa de seguridad.
3. Active la palanca y extraiga una pequeña cantidad de material sobre una servilleta de papel hasta dispensar cantidades iguales de la base y el catalizador por el orificio de salida. De este modo se garantiza que los émbolos se encuentran a una misma altura y que la mezcla es óptima.
4. Coloque la punta de mezcla universal en el cartucho y gírela un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj (90 °) para encajarla.
5. Opcional: coloque la punta aplicadora en la punta de mezcla.

## USO ADECUADO



Dispense el material para el registro de la oclusión directamente sobre la superficie oclusal de los dientes inferiores, y pida al paciente que lleve la mandíbula a oclusión central. Opcionalmente, puede aplicar también el material en la posición de intercuspidadación lateral. Evite los movimientos bruscos.

Evitar usar una cantidad excesiva de silicona para la toma de impresión debido al riesgo de ingestión del material rebosado.

## MÉTODO DE PRUEBA PARA LA APLICACIÓN CORRECTA

Compruebe siempre intraoralmente si el material se ha endurecido. Si con la prueba de presión manual no queda una marca en el registro de la oclusión, puede sacarla de la boca del paciente. Pero si queda una marca visible, el material todavía no está endurecido del todo.

## REPROCESAMIENTO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Para evitar la contaminación cruzada se recomienda usar fundas de cartucho. Si sospecha de la presencia o si encuentra contaminación, deseche el producto. La punta de mezcla sirve de cierre hasta la próxima aplicación y evita que el material se contamine. Guarde el material en posición horizontal. Retire la punta de mezcla utilizada inmediatamente antes de la siguiente aplicación, compruebe de nuevo que el material de impresión fluya con suavidad y coloque una nueva punta de mezcla. Después de la limpieza, el registro final de la oclusión puede desinfectarse con soluciones dentales desinfectantes (p. ej., OPTIM 1 liquid, COLTENE) y secarse con aire comprimido.

## VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO

- Fecha de caducidad: consulte el embalaje primario
- Temperatura de almacenamiento: 15-23 °C/59-73 °F
- Humedad relativa: 50 % ± 10 %
- Una vez abierto, consumir en tres meses.

Evite las exposiciones a los rayos solares directos o cualquier fuente de calor. Evite las fluctuaciones extremas de temperatura.

## ELIMINACIÓN

Desechar los residuos según la legislación vigente. Podrán aplicarse normativas nacionales específicas del país. Puede eliminarse junto con los residuos domésticos cumpliendo la normativa oficial en contacto con las empresas de eliminación de residuos autorizadas y con las autoridades competentes. (Deseche únicamente los envases totalmente vacíos).

## DATOS TÉCNICOS

Medidas según ISO 4823.

**Tiempo de trabajo:** 0:35 min  
**Tiempo en la boca:** 1:00 min

## OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN

Todos los incidentes graves ocurridos en relación con este producto deberán notificarse de inmediato al fabricante y a las autoridades competentes.

En el caso poco probable de inhalación, ingestión, contacto con los ojos o incidentes parecidos, acudir inmediatamente al especialista para atenuar los posibles daños.

SAFETY DATA SHEET  
www.coltene.com



0123

GLOSSARY	
	Consult instructions for use
	Keep away from sun light
	Temperature limitation
	Marking of Conformity Europe
	Identification for Ukraine
	Legal Manufacturer
	Expiry Date
	Batch Code
	RX only
	Medical Device
	Manufacturing Date
	Unique Device Identifier
	European Authorized Representative
	Importer
	Reference Number

## COLTENE International Dental Group

Dent4You AG  
Bahnhofstrasse 2  
CH-9435 Heerbrugg

Manufactured by  
Coltene/Whaledent AG  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten

Customer Center  
service@coltene.com

COLTENE