

# BRILLIANT Lumina

## Mode d'emploi

FR

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Le conserver pour le consulter par la suite.

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

BRILLIANT Lumina est un produit professionnel de blanchiment dentaire à base de deux composants (gel et activateur). Le produit est conçu pour être utilisé en une seule fois.

### 2. UTILISATION PRÉVUE / BÉNÉFICE CLINIQUE

BRILLIANT Lumina est destiné au blanchiment externe de la substance dentaire à des fins d'amélioration cosmétique du sourire du patient.

#### REMARQUE

Le résultat du blanchiment dépend de la situation clinique du patient. Les restaurations peuvent devoir être remplacées après le traitement.

### 3. COMPOSITION

**Gel :** eau, acide phtalimidoperoxyacproïque, glycéline, gomme xanthane, citrate monosodique, copolymère PVM/MA, hydroxyde de sodium, C12-15 Pareth-3

**Activateur :** eau, hydroxyde de sodium

### 4. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue aux ingrédients du produit.

Le produit n'est pas destiné à être appliqué à des patients ne faisant pas partie du groupe de patients prévu.

### 5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le port de lunettes et de gants de protection est obligatoire lors de la préparation du gel.

#### ⚠ DANGER

**Gel :** éviter tout contact avec les yeux. Rincer immédiatement les yeux si le produit est entré en contact avec les yeux.

**Activateur :** ne pas laisser entrer en contact direct avec l'homme (peau/yeux/muqueuses). Provoque de sévères brûlures de la peau et de sévères lésions des yeux. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver/doucher la peau à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Si possible, retirer toute lentille de contact portée. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber tout liquide répandu afin d'éviter tout dommage matériel.

### 6. EFFETS SECONDAIRES / INTERACTIONS

Une irritation de la gencive et/ou de la muqueuse buccale peut se produire si la digue dentaire liquide n'est pas placée correctement ou si le gel mélangé entre en contact avec les tissus mous. Retirer immédiatement le gel des tissus à l'aide d'une gaze humide et rincer abondamment la zone.

### 7. GROUPE D'UTILISATEURS / DE PATIENTS

Application par le personnel dentaire uniquement. Convient à tous les groupes de patients, y compris les personnes âgées, à l'exclusion des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes, les patients souffrant de maladies bucco-dentaires

(par ex. maladies parodontales) et/ou les patients gravement malades.

### 8. PRÉPARATION

Avant la procédure de blanchiment, un nettoyage professionnel des dents doit être effectué (élimination complète du biofilm).

Insérer l'écarteur de joue. Insérer un coton dentaire entre les lèvres et les dents. Sécher la surface des dents et les gencives à l'aide d'une seringue à trois voies.

① Compléter la procédure d'isolement à l'aide d'une digue dentaire liquide conformément au mode d'emploi du fabricant.

### 9. UTILISATION CONFORME

Un traitement comprend 4 cycles d'application de 15 minutes chacun :

② Ajouter 3 gouttes d'activateur à un pot de gel.

③ Mélanger avec une spatule pendant 60 secondes pour former une masse homogène.

④ Appliquer le gel sur les dents à l'aide d'une spatule.

⑤ Laisser agir le gel pendant 15 minutes.

⑥ Aspirer le gel sur les dents. Essuyer le gel restant avec un coton dentaire. Ne pas appliquer de l'eau. Répéter les étapes ② à ⑥ trois fois.

⑦ Une fois le traitement terminé, rincer la bouche à l'eau pendant 60 secondes.

⑧ Retirer complètement la barrière gingivale conformément au mode d'emploi du fabricant.

#### REMARQUE

Toujours s'assurer que la barrière gingivale est positionnée correctement.

Un patient peut être traité plusieurs fois avec BRILLIANT Lumina. Entre les traitements, une période de 14 jours doit être respectée.

### 10. STOCKAGE

**Date limite d'utilisation :** voir emballage secondaire

**Température de conservation :** 15-25 °C / 59-77 °F  
Conserver dans un endroit sec

### 11. ÉLIMINATION

Ce produit peut être éliminé avec les ordures ménagères conformément aux règlements officiels en contact avec les entreprises agréées en charge de l'élimination des déchets et les autorités compétentes. Ne jeter que les emballages totalement vides.

### 12. OBLIGATION DE SIGNALEMENT

Tous les incidents graves survenant en lien avec ce produit doivent impérativement être signalés sans délai au fabricant.

## COLTENE International Dental Group

Cobea AG  
Weiheracherstrasse 8  
CH-8114 Dänikon

Customer Center  
service@coltene.com

 **COLTENE**